



Steriking® AC250/500

2-OSAINEN TYYPIN 4 MONIMUUTTUJAHÖYRYINDIKAATTORILIUSKA

2-osainen monimuuttujaindikaattoriliuska, joka osoittaa pakatun tuotteen olleen alttiina oikealle ajalle, lämpötilalle ja kylläiselle höyrylle. Soveltuu sekä 121 että 134 asteeseen. Indikaattoriväri muuttuu vaaleasta mustaksi. Suositellaan otettavaksi käyttöön 4 vuoden kuluessa valmistuspäivästä. Täyttää standardin SFS-EN ISO 11140-1 vaatimukset.

Mediqn tuotenumero 40019757.

STERIKING®



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

